

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DEL 25 GENNAIO 2021

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DUE STAZIONI AUTOMATICHE DI MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO, AD ELEVATO VOLUME DI CAMPIONAMENTO, IN SOSTITUZIONE DELLE STAZIONI DI SGONICO (TS) E DI MONTE SANT’ANGELO (FG) DELLA RETE REMRAD DELL’ISIN.

CIG 8561528C66 CUP G67G20000140005

| N. | QUESITO | RISPOSTA |
|----|--|---|
| 1) | <p>BUONGIORNO, VORREMMO SAPERE SE, NEL CASO DI AVVALIMENTO TRAMITE IMPRESA ESTERA, È SUFFICIENTE PRODURRE IL DGUE DELL'IMPRESA ESTERA AUSILIARIA, O SE COMUNQUE È NECESSARIO INVIARE ANCHE IL PASSOE DELL'IMPRESA ESTERA AUSILIARIA. NEL CASO IN CUI FOSSE SUFFICIENTE L'INVIO DEL SOLO DGUE DELL'IMPRESA ESTERA AUSILIARIA (E NON ANCHE DEL RELATIVO PASSOE) SI CHIEDE CONFERMA CHE IL PASSOE DELL'AUSILIATA POSSA ESSERE CREATO SENZA MENZIONE DEL CODICE FISCALE DELL'IMPRESA ESTERA NEL CAMPO DEL REQUISITO AVALLATO, POSTO, TRA L'ALTRO, CHE IL SISTEMA AVCPASS NEL CASO SPECIFICO NON LO RICONOSCE NEPPURE. CHIARAMENTE IL DGUE DELL'AUSILIATA RIPORTEREBBE I DATI DELL'AVVALIMENTO, E TRA I DOCUMENTI DI GARA FIGUREREBBE ANCHE QUANTO ALTRO RICHIESTO IN CASO DI AVVALIMENTO, OVVERO LA DICHIARAZIONE "ALLEGATO 6" DELL'AUSILIARIA ESTERA E IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO A DOPPIA FIRMA. IN ATTESA DI UNA VOSTRA GENTILE RISPOSTA, PORGIAMO CORDIALI SALUTI.</p> | <p>COSÌ COME PREVISTO ALL'ART. 17 .1 DEL DISCIPLINARE DI GARA, L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ PRODURRE UN UNICO PASSOE NEL QUALE SIA INDICATO IL SOGGETTO AUSILIARIO.</p> <p>SI CONFERMA INOLTRE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS ANCHE PER GLI OPERATORI ESTERI (CFR. FAQ ANAC N.17 – N.18).</p> |
| 2) | <p>SI CHIEDE CORTESEMENTE UNA RISPOSTA AL SEGUENTE QUESITO: VISTO CHE PUÒ ESSERE OGGETTO DI AVVALIMENTO IL REQUISITO "DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE" RIGUARDANTE LA "ESECUZIONE NEGLI ULTIMI TRE ANNI ANTECEDENTI ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI N. 2 CONTRATTI DI FORNITURE E INSTALLAZIONE ANALOGHE A QUELLE OGGETTO D’APPALTO, DI IMPORTO COMPLESSIVO ALMENO PARI AL VALORE MINIMO RICHIESTO. IN LUOGO DEI N. 2 CONTRATTI, AVER ESEGUITO ANCHE UN UNICO CONTRATTO PURCHÉ DI IMPORTO ALMENO PARI AL VALORE MINIMO RICHIESTO."</p> <p>a) NEL CASO IN CUI L'AUSILIARIA NON SIA ANCHE SUBFORNITORE/SUBAPPALTANTE, E QUINDI, PER LA NATURA DEL REQUISITO STESSO PER IL QUALE FORNISCE IL SUO AUSILIO, NON PARTECIPI MATERIALMENTE ALL'ESECUZIONE DI ALCUNE DELLE ATTIVITÀ È CORRETTO CHE IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO NON SPECIFICHI MEZZI E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'AUSILIARIA, IN COERENZA, CI PARE, CON LA SENTENZA CDS 1120/2020?</p> | <p>PRELIMINARMENTE, SI EVIDENZIA CHE IL REQUISITO PREVISTO DALL’ARTICOLO 10.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA [pag.10] AFFERISCE ALLA CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL’OPERATORE ECONOMICO, GIACCHÈ RICONDUCEBILE AGLI ELENCHI DI CUI ALL’ALLEGATO XVII PARTE II DEL CODICE DEI CONTRATTI, AL QUALE FA RINVIO IL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 86 DEL MEDESIMO CODICE DEI CONTRATTI.</p> <p>PERTANTO, L’AVVALIMENTO RIFERITO A DETTO REQUISITO SI CONFIGURA COME AVVALIMENTO TECNICO OPERATIVO E NON COME ERRONEAMENTE INTESO NEL QUESITO COME AVVALIMENTO DI GARANZIA.</p> <p>SI RINVIA QUINDI ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 11 DEL DISCIPLINARE LE QUALI RISULTANO CONFORMI CON QUANTO SINO AD OGGI AFFERMATO DALLA GIURISPRUDENZA, IVI COMPRESA QUELLA DEL CONSIGLIO DI STATO CHE CON LA CITATA SENTENZA N. 1120/2020) RIBADISCE CHE LA REGOLA DELLA PUNTUALE INDICAZIONE, NEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO, DELLE RISORSE IN CONCRETO PRESTATE E DELLA NECESSARIA SPECIFICITÀ DELLA</p> |

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DEL 25 GENNAIO 2021

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DUE STAZIONI AUTOMATICHE DI MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO, AD ELEVATO VOLUME DI CAMPIONAMENTO, IN SOSTITUZIONE DELLE STAZIONI DI SGONICO (TS) E DI MONTE SANT’ANGELO (FG) DELLA RETE REMRAD DELL’ISIN.

CIG 8561528C66 CUP G67G20000140005

| N. | QUESITO | RISPOSTA |
|----|---|--|
| | b) NEL CASO INVECE CHE L'AUSILIARIA SIA AL CONTEMPO SUBFORNITRICE (O SUBAPPALTANTE, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA) DI PARTE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA GARA IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO DOVREBBE RIPORTARE MEZZI E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI CUI SI OCCUPERÀ L'AUSILIARIA, OPPURE, COME CI PARE, COMUNQUE NON È NECESSARIO CHE VI SIANO INDICATI? | DICHIARAZIONE RESA IN TAL SENSO VALE <u>INCONDIZIONATAMENTE NEL CASO DI AVVALIMENTO C.D. TECNICO OD OPERATIVO.</u> SI RIBADISCE CHE IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO DOVRÀ, A PENA DI NULLITÀ, ESSERE DETERMINATO NEL SUO OGGETTO, NON DOVRÀ LIMITARSI AD INDICAZIONI GENERICHE CIRCA LA MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DELLE RISORSE DA PARTE DELL'AUSILIARIA, MA DOVRÀ PRECISARE ANCHE LA SPECIFICA DEI REQUISITI FORNITI, IL NUMERO DELLE RISORSE PRESTATE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI CHE VERRANNO MESSI A DISPOSIZIONE, SIA LE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI TALE MESSA A DISPOSIZIONE VERRÀ ATTUATA, NONCHÈ OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE AI FINI DELL'AVVALIMENTO. |
| 3) | PER VALUTARE L'INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEL PARTICOLATO E DEI RELATIVI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICI, SI CHIEDONO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MOTOGENERATORI PRESENTI NEI DUE SITI IDENTIFICATI. QUALE POTENZA E CHE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE FORNISCE (TRIFASE, MONOFASE)? | I MOTOGENERATORI FORNISCONO UNA POTENZA DI ALIMENTAZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE STAZIONI REMRAD PARI A 20KW A 380 KV; IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE FORNITO È TRIFASICO. TUTTAVIA, SI PRECISA CHE L'INTEGRAZIONE DEI MOTOGENERATORI NON È RICHIESTA E CHE LE STAZIONI ANDRANNO ALLACCIATE DIRETTAMENTE ALLA RETE ELETTRICA. QUALORA LA SUPERFICIE OCCUPATA DAI MOTOGENERATORI SIA NECESSARIA ALLA INSTALLAZIONE DELLE NUOVE STAZIONI, I MOTOGENERATORI E I RELATIVI SERBATOI SARANNO INCLUSI NEI MATERIALI DA SMALTIRE, CON ONERI A CARICO DELL'OPERATORE |
| 4) | È GIÀ DISPONIBILE SUI SITI DI INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEL PARTICOLATO L'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA? QUALE POTENZA E CHE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE È DISPONIBILE (TRIFASE, MONOFASE)? | NEI SITI DI INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI, È PRESENTE L'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA CHE FORNISCE UNA POTENZA DI ALIMENTAZIONE DI 15KW A 380V. IL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE È TRIFASICO CON NEUTRO. |
| 5) | È GIÀ DISPONIBILE SUI SITI DI INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEL PARTICOLATO L'ALLACCIO RETE DATI E DI TELEFONIA? | NEI SITI DI INSTALLAZIONE DELLE STAZIONI È PRESENTE L'ALLACCIO ALLA RETE DATI, ATTUALMENTE IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DA PARTE DEL PROVIDER (FASTWEB). |

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DEL 25 GENNAIO 2021

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DUE STAZIONI AUTOMATICHE DI MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO, AD ELEVATO VOLUME DI CAMPIONAMENTO, IN SOSTITUZIONE DELLE STAZIONI DI SGONICO (TS) E DI MONTE SANT’ANGELO (FG) DELLA RETE REMRAD DELL’ISIN.

CIG 8561528C66 CUP G67G20000140005

| N. | QUESITO | RISPOSTA |
|----|--|--|
| 6) | <p>LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI GARA RICHIEDE LO STUDIO DI MOLTEPLICI ATTIVITÀ, SERVIZI E FORNITURE CHE INTENDIAMO ESEGUIRE (SECONDO IL PRINCIPIO DEL BEST VALUE FOR MONEY) CON L'AUSILIO DI COMPAGNIE ITALIANE ED ESTERE. PUR FACENDO RICORSO, IN OGNI MODO POSSIBILE, A FORME DI COMUNICAZIONE A DISTANZA, CI SONO DIFFICOLTÀ OGGETTIVE LEGATE ALL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, VISTO AD ESEMPIO CHE LA PANDEMIA DA COVID-19 STA LIMITANDO LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO, IN TEMPI RAPIDI, ALLE STRATEGICHE PROFESSIONALITÀ ITALIANE ED ESTERE CHE STIAMO METTENDO IN CAMPO. A CIÒ SI AGGIUNGA CHE IL COORDINAMENTO CON AZIENDE ESTERE RICHIEDE LA TRADUZIONE IN LINGUA STRANIERA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA, NONCHÉ LA TRADUZIONE IN ITALIANO DI DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAI SOGGETTI ESTERI (CON EVIDENTI DIFFICOLTÀ DI ACCESSO, TRA GLI ALTRI, AGLI UFFICI PUBBLICI DEPUTATI A RACCOGLIERE LE RELATIVE PERIZIE GIURATE). QUESTE DIFFICOLTÀ IMPATTANO, EVIDENTEMENTE, SUI TEMPI DI REDAZIONE DELLA CANDIDATURA, TANTO PER LA PARTE TECNICA CHE PER QUELLA AMMINISTRATIVA, LIMITANDO COSÌ LA POSSIBILITÀ DI RISPONDERE, ENTRO L'ATTUALE SCADENZA, STRUTTURANDO AL MEGLIO LE COMPETENZE AZIENDALI COINVOLTE, NONCHÉ PRESENTANDOLE NEI MODI RICHIESTI. PER TALI RAGIONI RICHIEDIAMO UN'ESTENSIONE DELLA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI 10 GIORNI RISPETTO ALL'ATTUALE DATA PREFISSATA, O COMUNQUE PER IL MAGGIOR TERMINE, SE INFERIORE A 10 GIORNI, CHE POSSA ESSERE DA VOI ACCORDATO</p> | <p>ALLA RICHIESTA DI PROROGA SI RISPONDE POSITIVAMENTE. SI RIMANDA PERTANTO ALL'AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO E PROROGA DEI TERMINI DISPONIBILE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI INVITALIA, NELLA SEZIONE "ALLEGATI DELL'AVVISO PUBBLICO DI GARA" TRA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA DELLA PRESENTE PROCEDURA.</p> |
| 7) | <p>IL SOTTOSCRITTO XXXXX, PRESIDENTE DELLA XXXXX ED AMMINISTRATORE UNICO DELLA XXXXXX, AZIENDE STORICAMENTE IMPEGNATE NELLA PRODUZIONE DI STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE E DELLA RADIOATTIVITÀ, RITENENDO LE ATTIVITÀ OGGETTO DI GARA MOLTO ADERENTI AL CORE BUSINESS DELLE NOSTRE SOCIETÀ, CONSIDERANDO LA COMPLESSITÀ DELL’OGGETTO DI GARA E L’INTENZIONE DI PARTECIPARE APPROFONDENDO AL MASSIMO LE PROBLEMATICHE AFFERENTI I SERVIZI E LE FORNITURE OGGETTO DI GARA, CHIEDO CORTESEMENTE UN RINVIO DI 30 GG DELLA DATA DI SCADENZA DELLA STESSA.</p> | <p>SI RIMANDA ALLA RISPOSTA AL QUESITO SUB 6</p> |

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DEL 25 GENNAIO 2021

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DUE STAZIONI AUTOMATICHE DI MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO, AD ELEVATO VOLUME DI CAMPIONAMENTO, IN SOSTITUZIONE DELLE STAZIONI DI SGONICO (TS) E DI MONTE SANT’ANGELO (FG) DELLA RETE REMRAD DELL’ISIN.

CIG 8561528C66 CUP G67G20000140005

| N. | QUESITO | RISPOSTA |
|-----|--|--|
| 8) | CON LA PRESENTE SIAMO A CHIEDERE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO PRESSO I DUE SITI DI INSTALLAZIONE PER VALUTARE CORRETTAMENTE LE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SMANTELLAMENTO DEGLI ATTUALI SHELTER. IN CASO AFFERMATIVO VI FORNIREMO I DATI NECESSARI PER L'ACCESSO AI VS. SITI. | AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA D’APPALTO, NON È PRESCRITTA L’EFFETTUAZIONE DELLA VISITA DEI LUOGHI DI INTERVENTO. LA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE ALLEGATA AGLI ATTI DI GARA HA UN GRADO DETTAGLIO RITENUTO ESAUSTIVO DALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA CORRETTA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA. |
| 9) | CON LA PRESENTE VI RICHIEDIAMO LA POSSIBILITÀ DI PROROGARE AL GIORNO 15 FEBBRAIO 2021 I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, TENUTO CONTO DEI TEMPI NECESSARI PER PREDISPORRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL DISCIPLINARE DI GARA. | SI RIMANDA ALLA RISPOSTA AL QUESITO SUB 6 |
| 10) | DATA LA COMPLESSITÀ E LE DIFFICOLTÀ DOVUTE AL PERIODO CHIEDIAMO GENTILMENTE UNA PROROGA DI 10 GG PER POTER COMPLETARE LA GARA IN OGGETTO | SI RIMANDA ALLA RISPOSTA AL QUESITO SUB 6 |

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. MARIA TERESA BERNARDO**