

**RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO DEL 29 GENNAIO 2021**

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI DUE STAZIONI AUTOMATICHE DI MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO, AD ELEVATO VOLUME DI CAMPIONAMENTO, IN SOSTITUZIONE DELLE STAZIONI DI SGONICO (TS) E DI MONTE SANT’ANGELO (FG) DELLA RETE REMRAD DELL’ISIN.

CIG 8561528C66 CUP G67G20000140005

N.	QUESITO	RISPOSTA
11)	LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DALLA DEMOLIZIONE DELLE STAZIONI DI CAMPIONAMENTO DEL PARTICOLATO HA COSTI DIPENDENTI DAI CODICI REA DEI MATERIALI STESSI. È POSSIBILE AVERE ALMENO I CODICI REA PER I COMPONENTI DA SMALTIRE RELATIVAMENTE AGLI SHELTER INSTALLATI A SGONICO E MONTE S. ANGELO?	<p>DALLA STAZIONE DI SGONICO VERRANNO RESTITUITI ALL’ISIN: LA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA, NUCLEARE E DI CAMPIONAMENTO, NONCHÉ I REC NEI QUALI LA STESSA È INSTALLATA, L’ARMADIETTO (ED IL SUO CONTENUTO), L’UPS, LA SONDA METEO E LA WEBCAM.</p> <p>DEI SUDDETTI COMPONENTI, NELLA STAZIONE DI MONTE S. ANGELO, SONO PRESENTI UNICAMENTE DUE REC, IN UNO DEI QUALI È INSTALLATO IL SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE DEL FILTRO DI CARTA; ENTRAMBI VANNO RESTITUITI ALL’ISIN.</p> <p>LE PARTI RIMANENTI: SHELTER, CONDIZIONATORI, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, IMPIANTO ELETTRICO, PALO METEO, SENSORI METEO (UNICAMENTE DELLA STAZIONE M.S. ANGELO), ECC., SONO DA SMALTIRE ED IL REPERIMENTO DEI CODICI REA È A CARICO DELL’OPERATORE</p>
12)	RELATIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE DELLA STAZIONE DI CAMPIONAMENTO NEL SITO DI MONTE S. ANGELO, È POSSIBILE EVENTUALMENTE ALLARGARE LA PLATEA DI SUPPORTO IN DIREZIONE NORD OVEST? IN CHE QUANTITÀ?	NELLA FIG. 12, RIPORTATA NELL’ALLEGATO 2 DEL DISCIPLINARE DI GARA, “DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE”, LA PLANIMETRIA RAFFIGURA LA PLATEA E TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE IN CONCESSIONE ALL’ISIN, SULLA QUALE È POSSIBILE PREVEDERE DELLE LAVORAZIONI.
13)	AD INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA GIÀ INVIATA CIRCA LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MOTOGENERATORI, SI CHIEDE DI AVERE SE POSSIBILE LE RELATIVE SCHEDE TECNICHE	<p>SI RIMANDA ALLA RISPOSTA DEL QUESITO SUB 3, RIBADENDO CHE NON È RICHIESTA L’INTEGRAZIONE DEI MOTOGENERATORI E CHE LE STAZIONI ANDRANNO ALLACCIATE DIRETTAMENTE ALLA RETE ELETTRICA.</p> <p>TUTTAVIA, COME DA RICHIESTA, SI ALLEGA IL MANUALE DEL GRUPPO ELETTROGENO (VEDI ALLEGATO)</p>
14)	AVREMMO BISOGNO DI SAPERE ELENCO, TIPO, MODELLO E COSTRUTTORE DELLE APPARECCHIATURE DA SMONTARE ATTUALMENTE NEGLI SHELTER (ANCH’ESSI DA ELIMINARE)	OLTRE AGLI SHELTER, SONO DA SMANTELLARE E SMALTIRE I CONDIZIONATORI D’ARIA, GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, GLI IMPIANTI ELETTRICI, I PALI METEO E LE SONDE GAMMA.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
**ING. MARIA TERESA BERNARDO**